

センシン 血沈測定 システム

Vol,2

〇WESTERGEREN（ウェスターグレン）法に準じた測定システムです
〇血沈棒にはストッパーがついておりますので安易に０点に合わせることができます
〇ディスポーザブル商品ですので安全にご使用できます

ディスポーザブル血沈棒

一般医療機器（クラスⅠ）
品番：1030
品名：ポリスペットG-S
JANコード：4582251011289
医療機器製造販売届出番号：20B3X00010000041
1箱（100本入り）
価格（税抜）￥5,000-

0地点ストッパー付き



先端テーパー付き

専用スタンド

品番：1013
品名：血沈DLスタンド
JANコード：4562127610013
1台
価格（税抜）￥15,700-


ポリスペットG-Sを10本立てられます

品番：1016
品名：スタンド用ダブルストッパー
JANコード：456127610105
1袋（10個入り）
価格（税抜）￥850

品番：1031
品名：E-Sチューブ
JANコード：4562127610136
1箱（500本入り）
価格（税抜）￥10,000

品番：1032
品名：CT-Sチューブ
JANコード：4562127610143
1箱（500本入り）
価格（税抜）￥17,800

血沈専用真空採血管用

品番：1015
品名：吸引用バネアダプター
JANコード：4562127610099
1セット（5本入り）
価格（税抜）￥2,500

陰圧により片手で血液を移動できます



センシンメディカル株式会社
SENSHIN 〒113-0034東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階　TEL:03-5802-0560　FAX:03-5802-0562　URL.http://www.senshin-medical.co.jp/

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。

◆E-Sチューブの使い方



①注射針を取り、血液をE-Sチューブに移し目安線（上部より約4㎜）まで入れます。
注意：E-Sチューブには血液凝固剤は入っておりません。

②ポリスペットG-SをE-Sチューブにゆっくり差し込み、０点ストッパーに血液が付着するまでゆっくり押し込んでください。

③そのままアタッチメント（※１）を前に置いたDLスタンドに立てポリスペットG-Sの上部をダブルストッパーに固定します。
これでセット完了です。

◆CT-Sチューブの使い方



①予めポリスペットG-SをCT−Sチューブに差込み
先端を約45㎜出しておきます。

②採血した真空採血管のゴムキャップを取りポリスペットG-Sを先端から差込むと血液が上がりますので０点ストッパーに血液が付着するまでゆっくり押し込んでください。

③真空採血管ごとDLスタンドに立てポリスペットG-Sの上部をダブルストッパーに固定して準備完了です。
（アタッチメントの移動は不要です）

◆バネアダプターの使い方



①血液が入った真空採血管にポリスペットG-Sを差込みDLスタンドに立てます。

②バネアダプター押し子を押しながらバネアダプター先端を強めにポリスペットG-S上部にセットし押し子をゆっくり離してください。（その時ポリスペットG-Sを若干真空採血管から離すとスムーズに血液が移動します）ポリスペットG-S ０点ストッパーに血液が付着しましたら準備完了です。

**三種類の血液移管方法をご提案致します。
簡単、スピーディーに
検査が安易に行えます。**